


Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
241	U-Pyridinolin (PYD)	nmol/L	354	336.1	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
246	U-Pyridinolin, Deoxy- (DPD)	nmol/L	65	75.2	Sehr gut	keine Vorgabe
252	S-Osteocalcin	µg/L	19.1	Nicht erhalten	--	keine Vorgabe
254	S-Vitamin D, 1,25-Dihydroxycholecalciferol	pmol/L	--	Nicht erhalten	--	keine Vorgabe
255	S-Vitamin D, 25-Hydroxycholecalciferol	nmol/L	66.9	68.75	Ausgezeichnet	Konform
272	U-DPD / Kreatinin	nmol/mmol	--	8.1	--	keine Vorgabe
274	U-PYD / Kreatinin	nmol/mmol	--	36.2	--	keine Vorgabe
276	U-Kreatinin	mmol/L	--	Nicht erhalten	--	Nicht erhalten

U-Pyridinolin (PYD) [241]



Ihre Resultate :

Gerät : HPLC

Resultat : 336.1 nmol/L

QUALAB Auswertung : keine Vorgabe

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : -0.2 (Ausgezeichnet)

Z-Score : -0.43

Methode HPLC [431]

Anzahl Teilnehmer : 10


Zielwert : 354 nmol/L

Unsicherheit : 16 nmol/L

SD : 40.96 nmol/L

VK : 11.58 %

U-Pyridinolin, Deoxy- (DPD) [246]



Ihre Resultate :

Gerät : HPLC

Resultat : 75.2 nmol/L

QUALAB Auswertung : keine Vorgabe

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0.58 (Sehr gut)

Z-Score : 0.79

Methode HPLC [431]

Anzahl Teilnehmer : 10

Zielwert : 65 nmol/L

Unsicherheit : 5 nmol/L

SD : 13.47 nmol/L

VK : 20.88 %